

TT	Thiết bị y tế đề nghị bổ sung	Đơn vị tính	Cách tính định mức	Cơ sở đề xuất bổ sung
1	Máy từ trường trị liệu	01 máy	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca/tháng/cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.	- Điều trị bằng từ trường nhân tạo, trong vật lý trị liệu thường dùng từ trường biến thiên của máy tạo từ trường chuyên dụng. - Máy từ trường điều trị được chỉ định cho người mắc các bệnh lý cụ thể như: + Người mắc các hội chứng về suy nhược thần kinh: rối loạn tâm thần, rối loạn tiền đình, rối loạn giấc ngủ... + Người bị mất ngủ + Người bị kiệt sức, mệt mỏi do lao động quá nhiều + Bệnh nhân bị tăng huyết áp + Người bệnh bị viêm khớp, thoái hóa khớp, căng cơ
2	Máy Laser trị liệu	01 máy	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca/tháng/cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.	- Trị liệu bằng tia laser chính là phương pháp điều trị sử dụng ánh sáng tập trung để tác động lên chính xác vùng bị tổn thương mà không gây ảnh hưởng đến các vùng xung quanh. Tia laser sẽ đi vào thật sâu các tế bào bị tổn thương, gây nên các tác dụng sinh học, kích thích các điểm vận động

				trong phục hồi thần kinh cơ và cải thiện khả năng phục hồi của các tế bào bị tổn thương.
3	Máy sóng cao tần	01 máy	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca/tháng/cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.	Máy sóng cao tần là thiết bị trị liệu sử dụng sóng điện từ tần số cao để tạo nhiệt sâu trong các mô cơ thể. Nhiệt lượng này giúp giãn cơ, giảm đau và hỗ trợ quá trình hồi phục mô tổn thương một cách tự nhiên, không xâm lấn. Ứng dụng máy sóng cao tần thường sử dụng trong điều trị tình trạng tràn dịch khớp gối, thoái hóa cột sống, viêm gân – viêm bao hoạt dịch, đau thần kinh tọa hay co rút mô mềm sau chấn thương,...